

ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

ALTERA O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 que visa a aquisição de equipamentos, instrumentais e móveis para área da Saúde conforme Termos de Propostas 12437.956000/1150-01 e 12437.956000/1170-01 firmados junto ao Ministério da Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 sofreu alterações quanto a data e horário de abertura, alterações no Preâmbulo e nos itens abaixo descritos **que passam a ter a seguinte redação:**

No **PREÂMBULO** onde se lê: “às 10:00 horas, do dia 13 do mês de novembro de 2018” leia-se : “às 10:00 horas do dia 27 de novembro de 2018”.

8. DA HABILITAÇÃO

Fica incluído o subitem **8.1.4.** com a seguinte redação:

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Apresentar juntamente com a Proposta a Autorização de Funcionamento do Estabelecimento - AFE expedido pelo órgão competente do Ministério da Saúde – ANVISA.

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DE PREÇO:

Fica alterada a descrição do **item 52**, que passa a ter a seguinte redação:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	Vlr. Unit. de Referência	Vlr. Total de Referência
52	Autoclave horizontal de solo, capacidade mínima para 100 litros, equipamento com uma porta simples com fecho central, com impressora acoplada, câmara externa em aço inoxidável AISI 304, câmara interna aço inoxidável AISI 316 L, Ciclos programáveis, com osmose reversa, painel de comando microprocessado sensível ao toque (touch screen), alimentação elétrica, dimensões internas mínimas : 410 X 410 X 600 MM, acompanha cesto de aço inox e suporte do cesto interno compatível com as dimensões internas mínimas exigidas, voltagem 220V ou 380V, Potência 18KW, o equipamento deve trabalhar na faixa de temperatura 111°C à 134°C, com	1	78.000,00	78.000,00

	rodízios, conexões hidráulicas em cobre ou aço inox, com gerador de vapor, com bomba de vácuo de anel líquido, aquecimento elétrico. Apresentar Registro da ANVISA Apresentar folder/catálogo do equipamento Garantia mínima de 12(doze) meses. A Licitante deve possuir assistência Técnica no Estado do Rio Grande do Sul. Deverá estar incluso no valor proposto os custos de transporte e instalação do equipamento.			
--	---	--	--	--

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA fica determinada para **às 10:00 horas, do dia 27 do mês de novembro do ano de 2018**, na sala de Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442, quando se reunirá a Comissão do Pregão com a finalidade de receber os envelopes de documentação e propostas para aquisição de equipamentos, instrumentais e móveis na área da saúde em conformidade com os Termos de Propostas 12437.956000/1150-01 e 12437.956000/1170-01 firmados junto ao Ministério da Saúde.

O EDITAL na integra encontra-se a disposição dos interessados no site: www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de Licitações.

São José dos Ausentes, 09 de novembro de 2018.

Ernesto Valim Boeira
 Prefeito Municipal